



浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	环境科学与工程	联系人	吕黎	联系电话	13588152741	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20134212	气相分子吸收光谱仪	上海北裕 GMA3212	268,500.00	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	吕黎	2013-12-10
仪器运行 及维护 记录	<p>2014-2018 年运行正常，每年使用机时数约 700-1200 小时。</p> <p>2019.4 年样品不出峰，经检测载气（氮气）漏气，维修后正常使用。</p> <p>2020 年因疫情原因停机一年。</p> <p>2021.3 再次出现不进样、不出峰故障，经检修仍存在漏气现象。</p>					
效益 产出 情况	<p>主要用于地表水氨氮、亚硝态氮含量检测，服务于生态环境部第二次全国污染普查项目子课题：长乐江水质监测和污染源调查。</p> <p>相关成果已完成两篇 SCI，待发表。</p>					
申请 报废 理由	<input checked="" type="checkbox"/> 故障损坏无法修复			<input type="checkbox"/> 指标落后无法使用		
	<input type="checkbox"/> 法规要求强制报废			<input type="checkbox"/> 场地调整无法迁移		
	<p>设备已超过安全使用年限，2019 年以来多次出现不进样不出峰的问题，主要原因是载气系统漏气，无法正常使用且存在安全隐患。因此申请报废。</p> <p style="text-align: right;">使用人签字： </p> <p style="text-align: right;">2021 年 6 月 2 日</p>					

报废 鉴定 意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员				
	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见 <small>主要填写：报废理由是否属实，是否满足报废要求</small>	签字
	傅南青	副教授	浙江工商大学	该设备使用年限长，性能退化，故障严重已不能正常使用，满足报废要求。	傅南青
	何磊	教授	浙江工商大学	设备已超过使用年限，且无法正常使用，满足报废要求。	何磊
	陈再明	副教授	浙江工商大学	设备已超过安全使用年限，不能正常使用，满足报废要求。	陈再明
部门 审批 意见	<p>情况属实，同意报废。</p> <p>其他说明：_____</p> <p style="text-align: right;">部门资产负责人签字（加盖部门公章）：  2021年06月17日</p>				

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。